ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MV-2758 — 16/ago/14 10:07 — 17/ago/14 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X]

FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			filtro lateral (Desgaste)	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

	HORÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJO/VOLTAJE	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	PRUEBAS DE ALARMA: Prueba	Tiempo	MEMBRANAS	FILTROS	GAS	CODIGO DE BARRA	RESULTA	OBSERVACIONES
	14266	6.484.0	si	si		si	20	si	si	si	si	si	Mant. Correctivo
					1 hora					X			Lo
			X			X						X	

PARAMETROS DE SALIDA

	HORÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJO/VOLTAJE	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	PRUEBAS DE ALARMA: Prueba	Tiempo	MEMBRANAS	FILTROS	GAS	CODIGO DE BARRA	RESULTA	OBSERVACIONES
	14013	6.597.6	si	si		si	20	si	si	si	si	si	Funcionan Correctamente

Williams G.

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.7V
			ok
			ok
			ok
			fuerte

REPUESTOS USADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	NO. CODIGO	DESCRIPCION	UNIT
	Tamiz	2		

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Descripción	Resultado
		Lo
		Lo
		activo
		activo
		activo