

	INVERSIONES GRUPO SHALOM			V1-012021	
	NIT: 900659139-9				
	INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS				
CORRECTIVO			CLIENTE: OXIPRO		
MANTENIMIENTO APLICADO			FECHA		
PREVENTIV		CORRECTIVO	X	12 de julio de 2021	
VERIFICACION		REPOTENCIACION			
INFORMACION DEL EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	REPARACION COMPRESOR, SE REALIZO RECARGA DE LOS TAMICES, CORRECCION DE FUGAS INTERNAS		HORAS #	3.092,60	
MARCA	PORTATIL AIRSEP	MODELO	AS095	SERIE	CBB0217510096
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:					
SISTEMAS CONCENTRADOR	SERIAL		OBSERVACIONES		
REVISION TARJETA	K21007638		BUEN ESTADO		
REVISION ENCENDIDO			BUEN ESTADO		
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS			BUEN ESTADO		
REVISION COMPRESOR	217510048		AJUSTE VALVULAS FLAPPER, LIMPIEZA DE LOS ANILLOS.		
REVISION SATURACION DE OXIGENO			INICIALMENTE SATURÓ 50,4% EN ESTADO PRUEBA Y SE ENTREGA SATURANDO 96% EN ESTADO PRUEBA		
REVISION SISTEMA ELECTRICO			BUEN ESTADO		
REVISION SISTEMA			BUEN ESTADO		
REVISION LECHOS DE ZEOLITA	500309-500942		BUEN ESTADO, SE REALIZO PROCESO DE RECARGA		
REVISION SISTEMA FILTROS			BUEN ESTADO		
REVISION DE ALARMAS			BUEN ESTADO		
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS			BUEN ESTADO Y CORRECCION DE FUGAS		
ESTADO INTERNO					
					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
DANIEL SUAREZ			FECHA		
			DIA	MES	AÑO
SOPORTE TECNICO	CLIENTE	12	7	2021	

