

	INVERSIONES GRUPO SHALOM		V1-012021	
	NIT: 900659139-9			
	INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS			
CORRECTIVO			CLIENTE: OXIPRO	
MANTENIMIENTO APLICADO			FECHA	
PREVENTIV		CORRECTIVO	X	12 de julio de 2021
VERIFICACION		REPOTENCIACION		
INFORMACION DEL EQUIPO				
DESCRIPCIÓN	REPARACION COMPRESOR, SE REALIZO RECARGA DE LOS TAMICES, CORRECCION DE FUGAS INTERNAS		HORAS #	2.029,80
MARCA	PORTATIL AIRSEP	MODELO	AS095	SERIE BUB0216450134
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:				
SISTEMAS CONCENTRADOR	SERIAL		OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA	K21000942		BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO			BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS			BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR	53012003		AJUSTE VALVULAS FLAPPER, LIMPIEZA DE LOS ANILLOS.	
REVISION SATURACION DE OXIGENO			INICIALMENTE SATURÓ 85% EN ESTADO PRUEBA Y SE ENTREGA SATURANDO 96% EN ESTADO PRUEBA	
REVISION SISTEMA ELECTRICO			BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA			BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA	351289-351253		BUEN ESTADO, SE REALIZO PROCESO DE RECARGA	
REVISION SISTEMA FILTROS			BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS			BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS			BUEN ESTADO Y CORRECCION DE FUGAS	
ESTADO INTERNO				
				
RECIBIDO A SATISFACCIÓN				
DANIEL SUAREZ			FECHA	
			DIA	MES
			AÑO	
SOPORTE TECNICO	CLIENTE	12	7	2021