ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAC-MN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 15/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Elaboración: | Revisión: | Revisión Mantenimiento:

No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Cargo Equipo: Nr - 2141B | Fecha Inicio: 30/3/21 8:40 | Fecha Fin: 30/3/21 10:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SATISFACCIÓN REQUERIDA OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	DIÓXIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (Cero)	REALLAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZOS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Amp.)	(x 1 Psi)	(Mil. MPa)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(L/min)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)		Mant. Preventivo
B290	4.7	37.6	Si		Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

1. CICLADO: Temperatura de ajuste: 2mm | Carrera Máxima: (+) | X | Cal°: El
2. HORAS LAVADO: Si [ ] No [V] | 7. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] | Malo [ ]
3. DAÑOS INDICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pin S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión neumática	Se verifican las conexiones neumáticas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma o Buzzer	prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Reparación tubo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Estándares	Descripción	Resultado
1	Prueba de Cierre Hermético	Se verifica el cierre de la válvula (10 - 67)	Lo
2	Flujo Masico	Se verifica sensores de alarma alto y bajo (LED encendido y 10-67 Eb)	Lo
3	Conexión eléctrica	Ajuste de cables sueltos	Activo
4	Funcionamiento Estado de Fugas	Desarrollo de mantenimiento	Activo
5	Activación de sensor de alarma	Generar manguera por fuera de sitio de mantenimiento	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

Sin Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	DIÓXIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0"	REALLAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZOS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Amp.)	(x 1 Psi)	(Mil. MPa)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(L/min)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	(lb/hr)	Funciona Correctamente
B291	6.1	97.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.