

Se realiza servicio manual por fallas del sistema



Nº  
OX-OV **020003**

**ORDEN DE VISITA**  
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO BOGOTÁ 4320520  
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO EJE CAFETERO: 3302770-3401511-3147912353

Código: GOL-SED-FR-02  
Fecha: Agosto 04 de 2017  
Versión: 2  
Página 1 de 2

En su domicilio se encuentra el cilindro JP 15082056 con 1600 PSI

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN					
Paciente	Maria Ines Badoya	Documento	31408494	Dirección	CIAI-11-04 APT 201
Entidad	N-EPS	Teléfono	3194336502	Consumo	3-24 Hrs
Solicitante	Alexandar Badoya	Parentesco	Hijo	Teléfono	3194252614

ORDEN DE SERVICIO		
Nro. Orden	Tipo de Servicio	Observación
130426070	Mantenimiento	EQUIPO con baja pureza

REVISIÓN TÉCNICA					
Presión O2	7.3	Flujo	4.0	Concentración	74.7
Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza	Hora Con/traidor	51357	Código
					NN-355B

EQUIPOS: MOVIMIENTOS, INVENTARIO Y ESTADO											
Códigos Equipos Entregados Hrs 24919						Códigos Equipos Recogidos Hrs 51357					
CONCENTRADOR	N	N	4	3	3	5	B	CONCENTRADOR	N	N	3
C. RESPALDO								C. RESPALDO			
REGULADOR 540								REGULADOR 540			
C. PORTATIL								C. PORTATIL			
REGULADOR 870								REGULADOR 870			
CARRITO P.								CARRITO P.			

EQUIPOS PRESENTES EN EL DOMICILIO											
CONCENTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	C. RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	C. PORTATIL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	REGULADOR 540	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
REGULADOR 870	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	CARRITO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO						

REPORTE DE DAÑOS											
Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant
Filtro Externo Central	\$5.000		Soporte Filtro Lateral	\$15.000		Carcasa Con/traidor	\$150.000		Adaptador Salida Humidificador	\$20.000	
Filtro Externo Lateral	\$5.000		Manija	\$50.000		Cable de Poder	\$20.000		Carrito Portatil	\$20.000	
Base Concentrador	\$80.000		Flujómetro	\$80.000		Adapt a Humidificador	\$15.000		Regulador 870	\$80.000	
Rueda	\$20.000		Switch de Encendido	\$15.000		Panel Frontal	\$80.000		Regulador 540	\$80.000	
Soporte Filtro Central	\$15.000		Botón de Reset	\$10.000		Tapa de Filtro Interno	\$20.000		Otros		

Nro. Reporte	Recibo Manual	Recibo CRM	Valor de Daños \$	Valor Pagado \$
Observaciones de la Visita (Ejemplo: Descripción del daño).	Equipo presenta baja pureza se retira para mantenimiento sin mas novedades. Pureza 74.7 Presion 7.3 Hrs. 51357			Hora Servicio
				08-58

Funcionario Entrega: Leonardo Valasquez Documento: \_\_\_\_\_

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PACIENTE**

RECOGIDA DE EQUIPOS	CONSUMIBLES RECIBIDOS
Yo declaro hacer devolución de los Equipos de Oxígeno Domiciliario por el siguiente motivo: (Escribir el Motivo)	Me entregaron los siguientes Consumibles (Escribir SI o NO)
<b>FALLECIMIENTO</b> Fallecimiento del Paciente. <b>VOLUNTARIA</b> Devolución Voluntaria. <b>ORDEN MÉDICA</b> Por Orden Médica. <b>CAMBIO</b> Cambio de Proveedor. <b>AFILIACIÓN</b> Estado Afiliación EPS.	HUMIDIFICADOR <input type="checkbox"/> NO CÁNULA <input type="checkbox"/> NO TRAMPA DE AGUA <input type="checkbox"/> NO

PAGOS	CALIDAD DEL SERVICIO								
HE PAGADO LA SUMA TOTAL POR CONCEPTO DE:	CALIFICO EL SERVICIO COMO (Escribir la Calificación)								
<table border="1"> <tr> <th>Cuota Moderadora</th> <th>Daño Equipo</th> <th>Otros Pagos</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>\$ /</td> <td>\$ /</td> <td>\$ /</td> <td>\$ /</td> </tr> </table>	Cuota Moderadora	Daño Equipo	Otros Pagos	Total	\$ /	\$ /	\$ /	\$ /	EXCELENTE <b>excelente</b> BUENO REGULAR MALO MUY MALO
Cuota Moderadora	Daño Equipo	Otros Pagos	Total						
\$ /	\$ /	\$ /	\$ /						

**AUTORIZACIÓN HABEAS DATA** En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios, con el ingreso de mis datos personales en el presente Contrato, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a OXIPRO S.A.S identificada con NIT 900.481.014-0 y dirección electrónica [protecciondedatos@oxiprosas.com](mailto:protecciondedatos@oxiprosas.com) en calidad de RESPONSABLE, para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. OXIPRO S.A.S queda autorizado para recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir y disponer mis datos personales aquí suministrados, de acuerdo con las finalidades relacionadas con el objeto social de la Compañía y en especial para Capacitación, Historial clínico, programas de promoción y prevención, registro de exámenes diagnósticos, gestión de órdenes médicas y medicamentos, Encuestas de Opinión, atención al cliente (gestión PQRS), procedimientos administrativos, cumplimiento / incumplimiento de obligaciones financieras, gestión de estadísticas internas, Remisión de información a los titulares, Servicios de arrendamiento de equipos, Campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales. Envío de comunicaciones, Control de inventarios, Gestión de cobros. Finalmente declaro que la información y datos personales que he dispuesto para el tratamiento por parte de OXIPRO S.A.S la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO		Firma	Huella
Nombre	Alexandar Garcia Badoya		
Documento	94541991		
Teléfono	3194336502		
Dirección Actual	Calle 4ª #11-04 APT 201		
Parentesco	Hijo		

Dos aprobados