ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NW-146B	Fecha Inicio	01/10/20 10:11	Fecha Fin	31/10/20 11:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				

									Si		No			
									Si		No			
									Si		No			
									Si		No			
									Si		No			
									Si		No			
									Si		No			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	Bello	6.1	94.7	5 l/m	5 l/m	5 l/m	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mal. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X		SI		Cuál?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5 l/m		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripción del diagnóstico identificado		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mediano	Se verifica activación de alarma visual y sensora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	6011	6.1	94.5	5 l/m	5 l/m	5 l/m	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO