



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA
 G-20-MAN-R-028
 Fecha actualización: 6/06/2016
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: _____ Revisión: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NAI-33560** Fecha Inicio: **01/10/21** Hora: **7:30** Fecha Fin: **01/10/21** Hora: **7:12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OBSERVACIONES	
						SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FLUJOS	MOTOR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a F" (SI/NO)				01-01	01-02	01-03		
	22960	6.1	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Manl. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		X							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X									
3. ESTADO DE MANGUERAS															
4. SISTEMA DE REFRIGERACION															
5. DATOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica estado de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fijo = 0 (Cerra Fijavisor)	Se verifica activación de alarmas (L1-L3-ES)	ES
2	Fijo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LRD amarillo y (L1-L3-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fijo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrado de alito	Operar manguera de alido de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FLUJOS	MOTOR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a F" (SI/NO)				01-01	01-02	01-03		
	22969	6.1	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Funciona correctamente M. L. G.
FIRMA MANTENIMIENTO														M. L. G.	