ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 09/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-4346B | Fecha Inicio: 30/09/21 11:23 | Fecha Fin: 30/09/21 13:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

													SI		NO	
													SI		NO	
													SI		NO	
													SI		NO	
													SI		NO	
													SI		NO	
													SI		NO	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Lts)	Pila (20 Lts)	"Flujo a 0" (3.5-4.0)	RELEJAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1109	6.2	90.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 mins | Genero Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Flujometro	1			
	Filtro Interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Lts)	Pila (20 Lts)	"Flujo a 0" (3.5-4.0)	RELEJAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1109	6.1	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.