



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: SAC-0011/PR-002
Versión: 1 Fecha Actualización: 08/08/2019
Página: 1 de 1

Fecha Emisión	Revisión #	Acortar Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin

NN-4050B 11:16 30/09/20 13:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Filtro lateral (Desgaste)				X	7	

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROSOND	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CIGUILLAS	HIDROS	BAUC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a D" (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			
WCS	6.594.5	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 mins		General Alarma		No	X	SI									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mto					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	X	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cuadrar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROSOND	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CIGUILLAS	HIDROS	BAUC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a D" (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			
WCS	6.494.3	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funwarr Correctamente
																	FECHA MANTENIMIENTO	Wilmer G.	