OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-008 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 08/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NN- 2567B | Fecha Inicio | 30/09/21 11:03 | Fecha Fin | 30/09/21 12:53 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | MANIJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (60% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | Mto Preventivo |
| | M083 | 6.3 | 92.1 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 mins | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenos |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena X Con Sobrecalentamiento |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 9.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro Interno | 2 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | MANIJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (5-7 PSI) | (60% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | Correcto Funcionamiento |
| | M084 | 6.2 | 92.9 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO: [signature] |