

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-22026** Fecha Inicio: **07/10/21** Hora: **10:02** Fecha Fin: **01/10/21** Hora: **12:12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Filtro lateral (Degaste)			X	7	SI X No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESEMBO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REPLICAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BANDAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (I-40)	Fija (I-41)	"Flejo a 0" (I-42)				I-43	I-44		
	4493	5.4	82.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 2 m			Omnid Alarma: No				Cuel? X					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI No X		3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Mnto		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena X Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES														
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pompa foto refrigeración	2			
	Tambor	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Clave fijómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flejo Manbre	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sónico	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alho	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESEMBO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REPLICAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BANDAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (I-40)	Fija (I-41)	"Flejo a 0" (I-42)				I-43	I-44		
	4494	6.4	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pompa foto correctamente
FORMA MANTENIMIENTO William														