ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-3622B	Fecha Inicio	05/01/21 7:35	Fecha Fin	05/01/21 13:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO DISPARADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N° REMITE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLE ADICIONAL (ANTES DE HOJA PACIENTE)

En Mantenimiento

HIDRÓMETRO (Max)	PRESIÓN (2- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (S1 - N1)	FILTROS (S1 - N1)	BASE (S1 - N1)	CÓDIGO DE BARRAS: SI/DE (S1 - NO)	SI/IZQUI (S1 - NO)	RUEDAS (S1 - NO)	OBSERVACIONES
9145	6.0	94.6	Si	Si	Si	E1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	180min	Genera Alarma	No	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

PROTOCOLO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PROTOCOLO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Giro Bujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	E1
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HIDRÓMETRO (Max)	PRESIÓN (2- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (S1 - N1)	FILTROS (S1 - N1)	BASE (S1 - N1)	CÓDIGO DE BARRAS: SI/DE (S1 - NO)	SI/IZQUI (S1 - NO)	RUEDAS (S1 - NO)	OBSERVACIONES
9145	6.0	92.9	Si	Si	Si	E1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO