ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	MADRIMN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	NN-2472B	Fecha Inicio	04/10/2021 9:41	Fecha Fin	04/10/21 11:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE SERVICIO

FALTA	DAÑO	DESGASTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO SUMINISTRADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES SOLICITADO POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-10s)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLILLAS (51-54)	FILTROS (51-54)	BASE (51-54)	CÓDIGO DE BARRAS: RANGO (51-MD)	CÓDIGO DE BARRAS: REVERSA (51-HD)	RUIDAS (51-54)	OBSERVACIONES
	15986	6.5	78.5	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 mins	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	LO		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.8, V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Equivoco)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-10s)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOLILLAS (51-54)	FILTROS (51-54)	BASE (51-54)	CÓDIGO DE BARRAS: RANGO (51-MD)	CÓDIGO DE BARRAS: REVERSA (51-HD)	RUIDAS (51-54)	OBSERVACIONES
	15986	6.0	93.9	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO