ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Ordes:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-34778 | Fecha Inicio: 05/10/21 8:05 | Fecha Fin: 05/10/21 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEPOSITO	REPUESTO CAMBIADO			
			N			SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

SISTEMA REPORTADO DIFERENTE DE DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES DADOS POR PLANTA:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (100% - 20%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	BARRAS (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13616	6.0	80.4	Si	Si	Si	20	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 20 min | Generó Alarma: No | | Si: X | | Cual?: LO

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno: X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | | Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENO | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador presion	1			
	Manguera Jamuz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alta de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (100% - 20%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	BARRAS (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13618	6.1	91.0	Si	Si	Si	20	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: