



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: SAC-004/FF-001  
Version: 1  
Fecha Actualización: 03/02/2016  
Página: 1 de 3

Fecha Revisión: [ ] Revisión #: [ ] Asista Mantenimiento: [ ] No. Orden: [ ]  
Codigo Equipo: **M-2613** Fecha Inicio: **07/10/21** 7:30 Fecha Fin: **07/10/21** 9:41

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI, NO, X), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SINTOMA IDENTIFICADO (DESCRIPCION DE SERVICIO)' with columns for TALLA, DANO, ELABORACION, etc.

En Mantenimiento: [ ]  
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO), Fuga (SI/NO), "Fuga a 2" (SI/NO)  
SEÑALES: BUBILLAS (SI/NO), FUMOS (SI/NO), RUIDO (SI/NO)  
CODIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO), MANGA (SI/NO), BANDA (SI/NO)  
RUEDAS: [ ]  
OBSERVACIONES: **Mant. preventivo**  
1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **2 horas**, Generador Alarma: **NO**  
2. RUIDO EXTRAÑO: [ ]  
3. ESTADO DE MANGUERAS: **NO**  
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **NO**  
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno**  
6. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena**, **SI**, Con Sobrecalentamiento: [ ]

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado  
1. Prueba de Voltaje: Verificar voltaje de la pila. Resultado: **SI**  
2. Prueba de Fugas: Se verifica conexión neutra del equipo. Resultado: **OX**  
3. Conexión eléctrica: Se verifican las conexiones eléctricas del equipo. Resultado: **OX**  
4. Conexión electrónica: Se verifican las conexiones electrónicas del equipo. Resultado: **OX**  
5. Prueba de alarma: Se verifica sonido al ser agudo o fuerte. Resultado: **OX fuerte**

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Observación, Descripción, Resultado  
1. Prueba # 2 (Cierre Submarino): Se verifica activación de alarma (LL-LS-E2). Resultado: **ES**  
2. Prueba Máquina: Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (LL-LS-E2)). Resultado: **LO**  
3. Desconexión eléctrica: Activación alarma sonora. Resultado: **OX**  
4. Desconexión tarjeta de fuga: Desconexión línea eléctrica. Resultado: **OX**  
5. Activación de válvula de alivio: Ocluir manguera de salida de aire de compresor. Resultado: **OX**

En Mantenimiento: [ ]  
PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO), Fuga (SI/NO), "Fuga a 2" (SI/NO)  
SEÑALES: BUBILLAS (SI/NO), FUMOS (SI/NO), RUIDO (SI/NO)  
CODIGO DE BARRAS: BASE (SI/NO), MANGA (SI/NO), BANDA (SI/NO)  
RUEDAS: [ ]  
OBSERVACIONES: **Correcto funcionamiento**  
Fecha Mantenimiento: **07/10/21** 6:49:36.6  
Firma: **Wilson G.**