

68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Mantenimiento&record=9954369&parenttab=Inventory

Traslado de Equipos LotesCodigosInsumos MovInsumosSerializados InsumosSerializados AprobRecogidasNoPlaneadas Impresión de Códigos PruebasHidro LotesDesecha Inventario de Insumos Repuestos

**Inventario > Mantenimiento**  [Buscar paciente...](#) (Busque por cédula).

**[ 9954369 ] Correctivo - NN-2803B (2021-09-13) -**  
Actualizado hoy (20 Sep 2021)

**Información de** Más Información

[Editar](#) [Duplicar \[Alt+U\]](#)

**Creación**

Mantenimiento	Correctivo - NN-2803B (2021-09-13)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (SIN: NN-2803B)
Lugar	EN SEDE	Estado de Ingreso del Equipo	OK
Creado Por Usuario	administrador	Asignado A Grupo	CUNDINAMARCA
Creado	2021-09-13 08:04	Modificado	2021-09-20 14:51
Última Modificación Por Usuario	DCAIPA	Finalizado?	no
Relacionado Con	130414144	Estado Orden Mantenimiento	En Curso
Bodega	Cund - TALLER 5 DCAIPA 115	Técnico	CAIPA ACOSTA DAVID LEONARDO
Forma de Creación	Automatico - Mantenimiento Preventivo	Consecutivo	113602
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente		Reporte Mantenimiento	

**Acciones**

- [Cerrar Mantenimiento](#)
- [Pausar Mantenimiento](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)
- [Reportar Novedad de Mantenimiento](#)

**Novedades** [Agregar](#)

**TAG CLOUD**  [Marcarlo](#)

**Parámetros**

Fecha de Inicio: 2021-09-20

17°C Parc. soleado 03:24 p. m. Carga completa (100%) 9/2021

68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Mantenimiento&record=9954369&parenttab=Inventory

GroupFiles - gestionbi... LCASTILLO - Inventari... Equipos Eléctricos TRASLADO DE EQUIPOS CUESTIONARIO ESTAD... LCASTILLO - Inventari... LCASTILLO - Inventari...

**Labores Realizadas**

Tipo de Mantenimiento	Correctivo	Concentración (O <sub>2</sub> %)	94.9
Presión (Psi)	6.5	Estado Final del Equipo	Aprobado
Horometro	13230	Alarma Sonora	OK
Clase de Labor	Mantenimiento Preventivo	Observaciones Entrada a Taller	APROBADO
Responsable Liberación		Fecha de Finalización	--

**Reparación de Daños Internos**

Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total
	1	\$ 0	\$ 0
	1	\$ 0	\$ 0
Compresor - Junta Hermética (Anillos)	2	\$ 12,500	\$ 25,000
Filtro de Bacterias	1	\$ 2,000	\$ 2,000
Otro - Tamices	2	\$ 120,000	\$ 240,000

**Reparación de Daños Externos**

Reparaciones	Reparado?	Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total

**Costos del Mantenimiento**

4 nuevas notificaciones 17°C Parc. soleado 03:25 p. m. 20/09/2021