



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-AMH-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **SW0122604** Fecha Inicio: **01/04/22** **10:32** Fecha Fin: **01/04/22** **11:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FEERRAS A CONTROLAR	SI	NO	REQUISITO/CAMBIADO

DETALLE DE MANEJO DE EMERGENCIAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORDENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUBOS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA			
4205	6.5	91.9	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		NO		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		S		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Solenóide)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E5)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma electrónica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Operación manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORDENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUBOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA		
4206	6.7	91.0	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Firma Comedante Luis C.

Firma Comedante
Luis C.