ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REQUERIDA

Código Equipo	MN-4229B	Fecha Inicio	01/04/22 7:34	Fecha Fin	01/04/22 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA SINTOMATOLOGIA/SINTOMA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	FORMATO CAMBIADO			
	X		Switch encendido en Falla Central Cargando	1/1		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

ADICIONALES REQUERIDOS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	Pila (5l/4m)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l/4m)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	5917	6.2	93.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SI	Si	Si	Mnt. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Rotos		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	bo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	Pila (5l/4m)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l/4m)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	5918	6.0	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.