



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: MAD-6644-FR-003
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:
Código Equipo: **M-1343B** Fecha Inicio: **01/12/22** 7:31 Fecha Fin: **01/24/22** 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:
TALLER Y BANDERAS SI/NO: CANTIDAD DE REPORTES: ESPLASTO CAMBIADO:
7 **Filho Control Base** 1 1 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

En Mantenimiento: HORÓMETRO: PRESIÓN: OXÍGENO: FLUJÓMETRO: PRUEBAS DE ALARMA: RELAJAS: FILTROS: BASE: CÓDIGO DE BARRAS: RUEDAS: OBSERVACIONES: **Mnt. Correcto**
1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **5min** Generador Alarma: **X** Cuid? **SI**
2. RUIDO EXTRAÑO: **SI** **No X** 3. ESTADO DE MANGUERAS: **SI** **No** 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **SI** **No**
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Bueno** **SI** Con Sobrecalentamiento:

No. Prueba Descripción Resultado
1 Estado Pila S.S.V Verifica voltaje de la pila **4.4W**
2 Prueba de Fugas Se verifica conexión neumática del equipo **OK**
3 Conexión eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas del equipo **OK**
4 Conexión electrónica Se verifican las conexiones electrónicas del equipo **OK**
5 Prueba de alarma Se verifica sonido si es agudo o fuerte **OK**
6 Otras:
7 Otras:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

No. Prueba / Simulación Descripción Resultado
1 Flujo a 0 (Cierre Regulador) Se verifica activación de alarmas (LL-LO-ES) **ES**
2 Flujo Máximo Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) **LO**
3 Desconexión eléctrica Activación alarma sonora **OK**
4 Desconexión tarjeta de flujo Desconecta líneas eléctricas **OK**
5 Activación de válvula de alfa Obstruir manguera de salida de aire de compresor **OK**
6 Otras:
7 Otras:
8 Otras:

En Mantenimiento: HORÓMETRO: PRESIÓN: OXÍGENO: FLUJÓMETRO: PRUEBAS DE ALARMA: RELAJAS: FILTROS: BASE: CÓDIGO DE BARRAS: RUEDAS: OBSERVACIONES: **Fuera Correctamente**
1 **6.1 92.3** **SI** **SI** **SI** **ES** **SI** **SI** **NO** **SI** **SI** FIRMA MANTENIMIENTO: **Walter G.**