ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-4865 B	Fecha Inicio	04/04/22 9:17	Fecha Fin	04/04/22 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CAUSA			DIAGNOSTICO	ANTICAI		REPUESTO		CAMBIO	
	X		Base	V		OK		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Ns)	Pila (S-Ns)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-Ns)	FILTROS (S-Ns)	BASE (S-Ns)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-Ns)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (S-Ns)	RUEDAS (S-Ns)	OBSERVACIONES
	20463	6.0	95.7	Si	S:	S:	ES	S:	S:	Si	NO	S:	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta lineas eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Dispara manguera de salida de alta de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-Ns)	Pila (S-Ns)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-Ns)	FILTROS (S-Ns)	BASE (S-Ns)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-Ns)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (S-Ns)	RUEDAS (S-Ns)	OBSERVACIONES
	20461	6.0	95.3	Si	S:	S:	ES	S:	S:	Si	NO	S:	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.