



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMARIO
Codigo: OAG-MAH-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/02/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Codigo Equipo: **MN-3138 B** Fecha Inicio: **04/04/22 7:32** Fecha Fin: **04/04/22 9:18**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

PAISAJEROS	INDICADOR	INDICACION	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPONSABLE	AMBIENTE
		Swik encendido			2	X
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	SABE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				DESC (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)		
	13388	6.5	93.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		Mant. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 90 min			Gener. Alarma: No									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS			Daños: X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Ox	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Bueno														
7. CONTROL DE TEMPERATURA					Buena	SI	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Replanteo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - RS)	ES
2	Flejo Menso	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alido	Obtención muestra de salida de otro de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	SABE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				DESC (SI/NO)	SEÑAL (SI/NO)		
	13388	6.5	93.5	SI	SI	SI	ES	SI	X	SI	SI	SI		Funciona correctamente <i>Wlmer G.</i>
FIRMA MANTENIMIENTO														Wlmer G.