



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [] Remisión #: [] Acubar Mantenimiento: [] No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MV-3050 B** Fecha Inicio: **06/04/22** 9:30 Fecha Fin: **06/04/22** 11:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPARO	CAMBIO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión Alarma	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE				BASE	MARCA	RUEDAS			
44236	6.0	27.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	17 ent. Correctivos	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		2 min	Generó Alarma	No													E1	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE BANGUERAS		Buenas								4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena							5	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otra:		
7	Otra:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	17 ent. Correctivos	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerrar fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibración de alarma	Operar mangonera de salida de aire de compresor	OK
6	Otra:		
7	Otra:		
8	Otra:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE				BASE	MARCA	RUEDAS		
44230	6.1	29.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilma G.*