

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES												FORMATO GAD-MAR-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2010 Página 1 de 2			
Folio Remisión		Remisión #		Auditor	Mantenimiento								No. Orden		
IDENTIFICACION DEL EQUIPO															
Código Equipo	172055 194317				Fecha Inicio	06/04/22	10:43	Fecha Fin	06/04/22	11:50					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				Sí	No	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO				FECHA FIN AISLAMIENTO				
LISTA DE SEPARADO GENERADOR DE SERVICIO															
FALLO	BANDO	CLASE BANDO	DESCRIPCION						CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO				
											Si	No			
											Si	No			
											Si	No			
											Si	No			
											Si	No			
											Si	No			
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE															
En Mantenimiento	INDOMETRO	PRESSION	DANGERHO	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flaga a B"	Flaga a B"						Si	N.P.
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				1 hora		General Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>		Si		Ciclo			
2. RUIDO EXTRANO	Sí	No	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno			Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			<input checked="" type="checkbox"/>	Malo	
5. DATOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Si	Con Sobresaliente				
No.	Prueba				Descripción						Resultado				
1	Estado Pila 5.5-V				Se verifica voltaje de la pila						OK				
2	Prueba de Fugas				Se verifica conexión neumática del equipo						OK				
3	Conexión eléctrica				Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK				
4	Conexión eléctrica				Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK				
5	Prueba de alarma				Se verifica sonido si es agudo o fuerte						Fuerte				
6	Otras:														
7	Otras:														
Descripción del diagnóstico identificado															
CODIGO		DESCRIPCION				CANT	CODIGO	DESCRIPCION				CANT			
No.	Prueba / Simulación				Descripción						Resultado				
1	Flujo = 0 (Demanda Sujecion)				Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)						N.P.				
2	Flujo Maximo				Se verifica activación de alarma visual y sonoro (LED-Riso o LED amarillo y L1-L2-E3)						N.P.				
3	Desconexión eléctrica				Activación alarma sonora						OK				
4	Desconexión rotaria de flujo				Desconexión linea eléctrica						N.P.				
5	Activación de válvula de aire				Obstruir manguera de salida de aire de compresor						N.P.				
6	Otras														
7	Otras														
8	Otras														
En Mantenimiento	INDOMETRO	PRESSION	DANGERHO	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flaga a B"	Flaga a B"						Si	N.P.
172055	8.2	16.3	Si	Si	S.	N.P.	Si	Si	N.P.	J.	Si	Firma Mantenimiento	Interventor		