OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-PR-008
		Versión: 1 — Fecha Actualización: 6/09/2018
		Página 1 de 2

Fecha Recisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

CLIENTE / UBICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4099B	Fecha Inicio	08/04/22 T.05	Fecha Fin	08/04/22 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMATOLOGIA PERCIBIDA POR EL CLIENTE

FALLAS REPORTADAS	CAUSALIDAD	SOLUCIONES	REPUESTO CAMBIADO	
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No
			Si	No

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Au)	Pila (El-Au)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Au)	FILTROS (El - Au)	BASE (El - Au)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El-Au)
	28032	6.0	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mat. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min	Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Au)	Pila (El-Au)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Au)	FILTROS (El - Au)	BASE (El - Au)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El-Au)
	28033	6.2	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO