ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2294B	Fecha Inicio	08/04/22 7:35	Fecha Fin	08/04/22 5:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO DILIGENCIADO POR EL USUARIO

PLAGA	ESTADO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UBICACION	ESPECIFICO CANINO/GATUNO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

INFORMACIÓN ADICIONAL DILIGENCIADO POR RACIONTEC

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mot)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Mot)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (El - HCI)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (El - HCI)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
18137	6.1	94.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador presión	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta lineo eléctrico	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mot)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Mot)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (El - HCI)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (El - HCI)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
18138	6.2	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO