ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7FSE20181100000055	Fecha Inicio	07/04/22 7:34	Fecha Fin	09/04/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

SEGUIMIENTO RESPUESTOS CAMBIADOS

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (%Hr)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo = 0" (LO-03)	RESILLAS (5 - 6s)	FILTROS (5 - 6s)	SAGE (5 - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: SAGE (50 - 90)	MARSA (50 - 90)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	3590	6.9	98.7	5	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mantenimiento preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	XP	Si	-	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 03)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-03)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (%Hr)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo = 0" (LO-03)	RESILLAS (5 - 6s)	FILTROS (5 - 6s)	SAGE (5 - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: SAGE (50 - 90)	MARSA (50 - 90)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	3591	6.8	93.6	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO