ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/02/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-1403B	Fecha Inicio	11/04/22	7:29	Fecha Fin	11/04/22	9:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DIAG.	ACCIÓN CORRECTIVA	CAMBIO					
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-60)	Pila (50-60)	"Flujo a 0" (LO-EB)	REJILLAS (S1-Ne)	FILTROS (S1-Ne)	BASE (S1-Ne)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	MALLA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-Ne)	OBSERVACIONES
	2643	6.0	93.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9min	Generó Alarma	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clarra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EB)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-EE)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-60)	Pila (50-60)	"Flujo a 0" (LO-EB)	REJILLAS (S1-Ne)	FILTROS (S1-Ne)	BASE (S1-Ne)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	MALLA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-Ne)	OBSERVACIONES
	2643	6.0	93.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO