

Fecha Revisión	Revisión #	Auxilio Mantenimiento		No. Orden
Código Equipo	NW-3562B	Fecha Inicio	11/04/22 7:30	Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLADA	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OJEDERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)			"Flujo a 0"						SECCION	FILTROS	VALVE
					20-30	30-40	40-50	20-30	30-40	40-50	20-30	30-40	40-50				10-10	20-20	30-30
	6.0948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. preventivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		40 min		Genero Alarma		NO		SI		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																			
Bueno																			
7. CONTROL DE TEMPERATURA																			
Bueno																			
SI																			
Con Sólido/deficiente																			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica cuando el es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		OK
7	Otro:		OK

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL +LD -SS)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flajo e LED alarma y (L-LD-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bajo de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pila	Ocultar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OJEDERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)			"Flujo a 0"						SECCION	FILTROS	VALVE
					20-30	30-40	40-50	20-30	30-40	40-50	20-30	30-40	40-50				10-10	20-20	30-30
	6.0952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	puntuación Correctamente			
FECHA MANTENIMIENTO																			
11/04/22																			