ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/09/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	12255196284	Fecha Inicio	11/04/22 9:50	Fecha Fin	11/04/22	10:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V lts)	Pila (5V lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V lts)	FILTROS (5V lts)	BASE (5V lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - lts)	BARRAS (5V - lts)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
	7941	8.4	96.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clara flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V lts)	Pila (5V lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V lts)	FILTROS (5V lts)	BASE (5V lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - lts)	BARRAS (5V - lts)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
	4972	8.4	95.7											Funciona Concentrador

FIRMA MANTENIMIENTO