ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	4225s107485	Fecha Inicio	11/04/22 10:10	Fecha Fin	11/04/22 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	CONCEPTO						
			Si		No		
			Si		No		
			Si		No		
			Si		No		
			Si		No		
			Si		No		
			Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - 10l)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	1563	8.3	95.8	5l	5l	5l	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1hora	Genera Alarma	Hay	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	OK	X		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5l	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es aguda o fuerte	OK, fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 14l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - 10l)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	2564	8.1	95.3	5l	5l	5l	N.A	Si	5l	5l	N.A	Si	Si	Fuera de Concentrador

FIRMA MANTENIMIENTO	