

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO 0242-488243-05 Versión 1 Fecha Actualización 25/08/2016 Página 1 de 2		
Fecha Realización	Realización #	Asesor Mantenimiento		No. Orden				
Código Equipo	MN-3554B		Fecha Inicio	26/03/22	9:33	Fecha Fin	4/10/22	10:00
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLAS (MANEJEABLES)								

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSCILOSCOPIO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-4)	Flujo (5-6)	Flujo a 0 (7-8)				3-4	5-6	7-8		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Mont. Correcto no
1. CICLADO					Tiempo de la prueba 3 min			Genera Alarma	No				4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO					SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Bueno	X			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES					Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Fluor 2		2		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Flujo/oscil)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora 3,60 Flujo a LED amarillo y (L1-L2-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lejana de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSCILOSCOPIO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUCIAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-4)	Flujo (5-6)	Flujo a 0 (7-8)				3-4	5-6	7-8		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Prueba Correctamente Wilfredo
2020-6-1	15/2				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRUEBA MANTENIMIENTO	