

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Revisión: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NR-1665B** Fecha Inicio: **12/04/08** 9:06 Fecha Fin: **12/04/08** 11:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OTROS DATOS	COMENTARIO/REMARKS
Placa Control (Desgasar)			<input checked="" type="checkbox"/>				
Placa Literal (Desgasar)			<input checked="" type="checkbox"/>				

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OSÍMOMO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES					
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLENA (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BAJE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS					
SI	6304	6.7	66.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 min		Generó Alarma		No		SI		SI		SI		SI			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Pila 2	2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-ZS)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica situación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ZS))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión teleteléfono	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibración de alarma	Control máquina de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OSÍMOMO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES					
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	RELLENA (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BAJE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS					
SI	6306	6.095.0	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Primer mantenimiento