ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SND-MAM-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NO-380B	Fecha Inicio	24/03/22 8:59	Fecha Fin	14/04/22	10:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

CALIBRADO	CARGO	CLASE DE CARGA	CANTIDAD	UNIDAD	REPLICA CAMBIADO			
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	21642	6.2	81.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. OCLADO	Tiempo de la prueba	19 min	Generó Alarma	(SI)	SI/X		Cual?	Lo	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.4V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tanque	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Goma flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	21644	6.2	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SNO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.