



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma No. 040-MM-PR-008
Fecha Actualización: 05/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión	Remisión #	Axiliar Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	-----------------------	-----------

Código Equipo	AN-2050	Fecha Inicio	13/04/22 7:32	Fecha Fin	19/04/22 9:13
---------------	---------	--------------	---------------	-----------	---------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
fallo control (resgas E)					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Fuga a F"	BELLAS	FALTS	BATE	BARRA	BARRA	BARRA	RUEDAS	RUEDAS		
																	(M-1)
En	229	6.1	93.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma	No	X										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X										
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico Identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Bajavoz)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - R3)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-R3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alfa	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a F"	BELLAS	FALTS	BATE	BARRA	BARRA	BARRA	RUEDAS	RUEDAS	
En	229	6.2	90.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pruebas Correctamente Mant.
FIRMA MANTENIMIENTO																