



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC-AMA-FR-009  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2019  
Página 1 de 2

Fecha Revisión	Revisión #	Archivo Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	-----------------------	-----------

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MW-4706B	13/04/12 7:32	13/04/12 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
filtra Central (desgasite)		X		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	"Flejo a F"				BASE	BASE		
PH	(0-7 PSI)	(PSI-0PS)	(0-40)	(0-40)	Desconexión	Fila	"Flejo a F"	(0-10)	(0-10)	(0-10)	BASE	BASE	(0-10)	
7461	0.293.8	51	51	51	51	51	65	51	51	51	51	51	51	Manh. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Generó Alarma	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila S.S.V	Verifica trabajo de la pila	SI
2	Prueba de fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1-L2-E2)	OK
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LD Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chequea manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	"Flejo a F"				BASE	BASE		
PH	(0-7 PSI)	(PSI-0PS)	(0-40)	(0-40)	Desconexión	Fila	"Flejo a F"	(0-10)	(0-10)	(0-10)	BASE	BASE	(0-10)	
7463	0.1	90.3	51	51	51	51	65	51	51	51	51	51	51	Contacto por mantenimiento Wb. G.