ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	SMO22602	Fecha Inicio	13/04/22 10:08	Fecha Fin	13/04/22 11:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALTANTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	ENTREGADO			
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

DIAGNOSTICO DE EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hrs)	Pila (5 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 10)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	6795	6.2	91.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Hora	Generó Alarma	Ko X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.8. V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Seguimiento: Baja presión

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
4	Otros:		
5	Otros:		

DIAGNOSTICO DE EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hrs)	Pila (5 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 10)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	6796	6.2	90.8	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mantenimiento Correctivo

FIRMA MANTENIMIENTO	