

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Codigo Equipo: <b>NW-2193B</b>		Fecha Inicio: <b>18/04/22 9:03</b>	Fecha Fin: <b>18/04/22 11:58</b>

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	MEDIDAS	SERVICIO CAMBIADO

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	PASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO			BARRA (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	SI-NO
2008	5.1	52.3	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Generó alarma		No		SI		Cual?		No				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
		1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma Visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Ajustación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	PASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO			BARRA (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	SI-NO
2008	6.2	93.1	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Financia Correctamente				
FIRMA MANTENIMIENTO																		