

Fecha Recepción: _____ Revisión # _____ Azul/Mant. Preventivo _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MM-36610** Fecha Inicio: **19/04/22 9:21** Fecha Fin: **19/04/22 10:43**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Falta lateral			<input checked="" type="checkbox"/>		


En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (E-AL)			Fija (E-ES)			Flejas (E-ES)			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(E-AL)	(E-7-FPS)	(E-7S-7PS)	(E-ES)	(E-ES)	(E-ES)	(E-AL)	(E-AL)	(E-AL)	(E-AL)		(E-AL)		(E-AL)
	1480	6.3	96.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		99 min		Generó Alarma		No		SI		Cust?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre botón)	Se verifica activación de alarma (E-AL - LD - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (E-AL-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cobertura manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión			Fija			Flejas			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(E-AL)	(E-7-FPS)	(E-7S-7PS)	(E-ES)	(E-ES)	(E-ES)	(E-AL)	(E-AL)	(E-AL)	(E-AL)		(E-AL)		(E-AL)
19/04/22	63	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	


 FIRMA MANTENIMIENTO: **Valdivia S.**