



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-003
Version: 1
Fecha Actualización: 05/06/09
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Asesor: Mantenimiento No. Orden: _____

Codigo Equipo: **MP-2556B** Fecha Inicio: **25/11/12 9:31** Fecha Fin: **25/11/12 11:09**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

YALLI	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REQUIERE CAMBIADO
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEALLOS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-A)	Pila (B-A)	"Flejo a 0" (B-E)				ENR (B-1)	MARK (B-1)	WAK		
32612	60922	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Ganó Alarma		X		SI		Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI NO		X		3. ESTADO DE MANCUERAS		Buena		Miles		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Baja Mido	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.0v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - EB)	ES
2	Flejo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-LD-EB))	L6
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea Alarma	OK
5	Activación de válvula de alto	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEALLOS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-A)	Pila (B-A)	"Flejo a 0" (B-E)				ENR (B-1)	MARK (B-1)	WAK		
32612	61927	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto preventivamente Walter G.