



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
 Código: SAC-UM-14-001
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/02/2014
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Asesor Mantenedor: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MU. 7035** Fecha Inicio: **26/1/22** 19:50 Fecha Fin: **26/01/22** 10:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA POR IDENTIFICAR	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	OSOSMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PERILLAS	FILTROS	MUNE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a B" (2-5)				(2-4)	(2-4)	(2-4)		
19000	6.095.3	SI	SI	SI	SI	SI	Lo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 90 min				Gener. Alarm:	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Dato Pta S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga "0" (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2)	Lo
2	Fuga Maltrato	Se verifica extractor de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alfo	Obtención muestra de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	OSOSMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PERILLAS	FILTROS	MUNE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a B" (2-5)				(2-4)	(2-4)	(2-4)		
19002	6.095.9	SI	SI	SI	SI	SI	Lo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente Wilmar G
FIRMA MANTENIMIENTO: _____															