# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES.

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-003 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2018 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Código Equipo | OM200915238 | Fecha Inicio | 26/04/22 10:32 | Fecha Fin | 26/04/22 11:10 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |
| | | | | | Si | | No |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJOMETRO (5-6lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-5Vs) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-5Vs) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-CO) | REJILLAS (5V-5Vs) | FILTROS (5V-5Vs) | BASE (5V-5Vs) | CÓDIGO DE BARRAS: SENA (5V-5Vs) | CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (5V-5Vs) | BURDAS (5V-5Vs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4998 | 8.4 | 96.0 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | N | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Gerard Alarma | X | SI | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena: Si / Con Sobrecalentamiento: |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnostico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulacion | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Rejilla/filtro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO) | N.A |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EO) | N.A |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | N.A |
| 5 | Activacion de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | N.A |
| 6 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |
| 9 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJOMETRO (5-6lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-5Vs) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-5Vs) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-CO) | REJILLAS (5V-5Vs) | FILTROS (5V-5Vs) | BASE (5V-5Vs) | CÓDIGO DE BARRAS: SENA (5V-5Vs) | CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (5V-5Vs) | BURDAS (5V-5Vs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4998 | 8.4 | 96.0 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Correcto programado |

FIRMA MANTENIMIENTO: