

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO GAO-MK02R-208 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/07/2018 Página 1 de 2	
Fecha Realización	Revisión #	Activar Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	M-12183			Fecha Inicio	27/04/22 9:10	Fecha Fin	27/04/22 10:53
EQUIPO CONTAMINADO POR FUGA DE FLUIDO		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FUGA			<input checked="" type="checkbox"/>				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROSONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"FUGA a D"						RECALL	FILTROS	BUSE
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO						
19746	6.1	93.7	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mant. preventivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		<input checked="" type="checkbox"/>	SI		Cant					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		<input checked="" type="checkbox"/>	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		<input checked="" type="checkbox"/> Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Clave 6) (activo)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L0 - S2)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-U-S))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lógica de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alido	Operar mangara de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROSONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"FUGA a D"						RECALL	FILTROS	BUSE
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO						
19746	6.1	93.2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Correcto funcionamiento			
FIRMA MANTENIMIENTO												W. [Signature]				