

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
		Codigo: SACAM-FR-009		Versión: 1		Fecha Actualización: 03/02/18	
						Página 1 de 2	
Fecha Remisión		Resolución		Asesor Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo	NW-350 B		Fecha Inicia	27/04/22 9:57	Fecha Fin	27/04/22	10:50
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
TARJETA		CASE	COMP		CANTIDAD	NO REPORTO	TIENE O CAMBIO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Descripción			PILA	"Flujo a C"		BOMBEO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	
					(S-N)	(S-T)	(S-S)		(S-S)	(S-S)				BASE (S-N)			MALLA (S-N)
	15910	6.2	87.0	SI	SI	SI	SI	20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Cent. Comentar lo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		No						Coef?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno			Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI				Mal
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI	Dati sobresolicitado								
No.	Prueba		Descripción											Resultado			
1	Estado Pila 5.5 V		Verifica voltaje de la pila											4.90			
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo											OK			
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo											OK			
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo											OK			
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte											OK			
6	Otros:													parte			
7	Otros:																
Descripción del dispositivo identificado																	
CODIGO	DESCRIPCION		CANT	CODIGO	DESCRIPCION											CANT	
	76m17		2														
No.	Prueba / Simulación		Descripción											Resultado			
1	Flujo a C (Clara Fugada)		Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)											NO			
2	Fuga Muestra		Se verifica activación de alarma simul y sonora (LED Rojo o LED amarillo (S-L-O-SS))											NO			
3	Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora											OK			
4	Desconexión torques de flujo		Desconexión línea eléctrica											OK			
5	Activación de válvula de alto		Operación manguera de salida de aire de compresor											OK			
6	Otros:																
7	Otros:																
8	Otros:																
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Descripción			PILA	"Flujo a C"		BOMBEO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	
					(S-N)	(S-T)	(S-S)		(S-S)	(S-S)				BASE (S-N)			MALLA (S-N)
	15910	6.2	87.0	SI	SI	SI	NO	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Pruebas Comentarmente