



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMULARIO
Código: OAD-UNOPM-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2010
Página 1 de 3

Fecha Remisión: Retiro N°: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MW-3021B** Fecha Inicio: **12/01/22** 9:02 Fecha Fin: **12/01/22** 12:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	TIPO	CLASIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	REPARADO	REPARADO CAMBIADO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L1)	Pila (L2)	"Ycho a B"				BA01 (01-02)	BA02 (03-04)	BA03 (05-06)		
725	63	95.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Ant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generador Alarma		X		B		Cul?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		N/A		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		DAX		Mts	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES															
Bueno															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Suma 5															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cerrar botón)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	5
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED Verde) y (L1-L3-E3)	5
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión cables de flejo	Desactivación línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Ycho a B"				BA01 (01-02)	BA02 (03-04)	BA03 (05-06)		
725	63	95.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Funcionaria Correctamente

Firma Mantenedor: *Wilfredo G.*