

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO OAD-MAN-FR-003 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2011 Página 1 de 2	
Fecha Remisión	Revisión #	Acablar Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	M-20123		Fecha Inicio	29/01/12 11:15	Fecha Fin	29/01/12	9:09
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
VALOR		UNIDAD		ANTIGÜEDAD		TIPO DE REPARACIÓN	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO (IN)	PRESIÓN (PSI)	OXIGENO (PPM)	FLUJOMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			BUZAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN (PILA)	PILA (PILA)	"FUGA A S"					
19454	6.6	91.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		20 min		Generó Alarma		No	SI	X	Cual?	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buzas	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES												
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buzas	SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	alguno
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera femora	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga "0" (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L0-E5))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Desconectar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO (IN)	PRESIÓN (PSI)	OXIGENO (PPM)	FLUJOMETRO (LPM)	PRUEBAS DE ALARMA			BUZAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN (PILA)	PILA (PILA)	"FUGA A S"				
19454	6.6	93.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO											W. H. H. H.