



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 QAD-MAN-PR-008
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 05/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Itemale # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-2374B** Fecha Inicio: **20/04/22** **12:00** Fecha Fin: **24/04/22** **7:53**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Filtro lateral			<input checked="" type="checkbox"/>		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (L-AL)	Fuga (F-AL)	"Fuga a S" (F-AL)	RECALZAS	FILTROS	UNAS	BASE (B1-NO)				MANEJA (B1-NO)
	996.2	91.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnt. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3 Horas		Código Alarma		SI		Cuel?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO	DESCRIPCIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 3 (Cierre Sujeros)	Se verifica activación de alarmas (LL - (L)- (E))	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L)-L0-(E))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de año	Cobrir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Fuga a S"	RECALZAS	FILTROS	UNAS	BASE (B1-NO)			
	63	6.1	90.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*