

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Movimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **M-25413** Fecha Inicio: **29/01/22** 10:02 Fecha Fin: **29/01/22** 11:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALTA / GANCHO / CARGO / DAÑO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	FECHA INICIO CAMBIADO	FECHA FIN CAMBIADO
<b>falla lateral</b>						

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	ORÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Fijo a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE			BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	RUELA (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	6573	6.1	93.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventivo			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		No		SI		Cuel?							
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malos		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No		Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso 0 (Cierre Sucesivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES)	ES
2	Falso Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L0-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	ORÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Fijo a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE			BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	RUELA (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
	6573	6.0	91.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera Correctamente			
														FIRMA MANTENIMIENTO	<i>[Firma]</i>			