

Fecha Recepción: _____ Rendición: _____ Auxiliar: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-6293** Fecha Inicio: **29/04/12** 8:10 Fecha Fin: **29/04/12** 9:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
plata lateral (resgates)					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA												RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 1"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			CUEL7				
					(N-1)	(N-2)	(N-3)					(N-1)	(N-2)	(N-3)					
1430	54952	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		NO	Si	Cuel7										
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Móds		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Móds						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	BUENA
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Bajaválvula)	Se verifica activación de alarma (L1 - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-LD-ES))	BUENA
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	BUENA
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	BUENA
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	BUENA
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA												RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 1"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			CUEL7				
					(N-1)	(N-2)	(N-3)					(N-1)	(N-2)	(N-3)					
1430	62943	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Fuera Correctamente
FORMA MANTENIMIENTO																			