ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-43633 | Fecha Inicio: 29/04/22 9:44 | Fecha Fin: 29/04/22 11:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SI TOMA REPORTADO DIAGNOSTICO DEL CLIENTE

CANTIDAD	NRO REPORTE	REQUIERE CAMBIO			
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	

DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO REPORTADO POR EL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BARR (5l - 4m)	MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)
	3906.1	96.1	5i	5i	5i	5i	60	5i	5i	5i	5i	5i	5i

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5i			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BARR (5l - 4m)	MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)
	3911	6.2	94.8	5i	5i	5i	60	5i	5i	5i	5i	5i	5i

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.