

Fecha Remisión: _____ Remolde # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **NW-2477B** Fecha Inicio: **30/04/22 7:34** Fecha Fin: **30/04/22 9:33**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
		X		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	BARRA	RUEDA		
20507		5.0	333	li	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min	Densidad Alarma		No			X	Cuel		Si		
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno		Si			Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puer te
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
		Memoria tampe	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Cierre Flujoómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1, L2, L3)	EJ
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L2, L3))	La
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión térmica (de fijo)	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener escape de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	BARRA	RUEDA		
20508		6.5	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO: Valentin E.															